Sicherheitsbeurteilung
Mueller-Hinton-Agar (MHA)

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Stand von: 2020-04-02, Ersetzt Ausgabe von: 2014-10-01

Artikelnummer
TN1162, TN1162-01

Artikelbezeichnung
Mueller-Hinton-Agar (MHA)

Verwendungszweck
Geeignetes Basismedium zur Herstellung von Blutagar zur Analyse von hämolytischen Bakterien oder von Kochblutagar zur Analyse von nicht-hämolytischer Bakterien. Des Weiteren kann das Medium für die Empfindlichkeitsprüfung mit dem Agardiffusionstest in der Veterinär-Diagnostik eingesetzt werden. Kein IVD - Die labordiagnostische Untersuchung humaner Proben wurde nicht evaluiert.

Firmenbezeichnung
sifin diagnostics gmbh
Berliner Allee 317-321
13088 Berlin, Deutschland

Kontaktstelle für technische Information
Telefon: +49 30 700 144-0, Bereichsleiter Nährmedien
Telefax: +49 30 700 144-30
E-Mail: info@sifin.de

E-Mail der fachkundigen Person
msds@sifin.de

Notrufnummer
Telefon: +49 30 700 144-0, Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte
Mo. - Do. 7.30 - 16.15 Uhr, Fr. 7.30 - 15.00 Uhr

Einstufung des Gemischs
Einstufung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung): Das Produkt ist nicht als gefährlich nach der EG VO 1272/2008 eingestuft. Einstufung nach EG-RL 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie): Das Produkt ist nicht als gefährlich nach der EG-RL 1999/45/EG eingestuft.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung nach EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung): Entfällt.
Kennzeichnung nach EG-RL 1999/45/EG: Entfällt.

Sonstige Gefahren
Keine besonderen Gefahren bekannt. Die in der chemischen Industrie üblichen Mindeststandards für Schutzmaßnahmen (TRGS 500) sind einzuhalten.

Nach Artikel 31 REACH-VO ist für dieses Produkt die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes nicht erforderlich, da das Produkt weder als Gefahrstoff eingestuft ist noch gefährliche Bestandteile oder Stoffe mit gemeinschaftlichen (EG) Arbeitsplatzgrenzwerten oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oberhalb ihrer jeweiligen gesetzlichen Nenngrenzen enthält. Es ist folglich nach der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt notwendig und in diesem Fall auch nicht verfügbar.

Hersteller: sifin diagnostics gmbh | Berliner Allee 317-321 | 13088 Berlin | Germany | T: +49 30 700 144-0 | F: +49 30 700 144-30 | info@sifin.de | www.sifin.de